



G CONSELLERIA  
O SALUT  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PLANIFICACIÓ,  
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

**Asunto/assumpte: Advertencias de seguridad debido a la detección de varios problemas en determinados sistemas CombiDiagnost R90 y actualización del software a la versión 1.0.3.**

**PRODUCTO**

**Sistema CombiDiagnost R90**

**La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso la configuración afectada**

**Ref.: PS633/18**

Us comunic que en data 04-12-2018 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Inspección y Control de Medicamentos de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 04-12-2018 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Inspección y Control de Medicamentos de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencias de seguridad debido a la detección de varios problemas en determinados sistemas CombiDiagnost R90 y actualización del software a la versión 1.0.3.

**PRODUCTO**

**Sistema CombiDiagnost R90**

**La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso la configuración afectada.**

**FINALIDAD PREVISTA**

**Sistema de radiofluoroscopia multifuncional.**

**VERSIÓN DE SOFTWARE**

**1.0.0, 1.0.1, 1.0.2.**

**FABRICANTE**

**Philips Medical Systems DMC GmbH, Alemania.**

**DISTRIBUIDOR**

**Philips Ibérica, S.A., calle María de Portugal, 1, 28050 Madrid."**

Palma, 4 de desembre de 2018

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez  
p.d.(resolució 10/03/2016)

La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris  
María de los Ángeles Rojo Arias

**Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris**

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma  
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 63 94  
[farmacia@dgfarmacia.caib.es](mailto:farmacia@dgfarmacia.caib.es)  
Web: <http://controldelmedicament.caib.es>

