



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Advertencias de seguridad relacionadas con posibles vulnerabilidades de ciberseguridad en el software de los generadores electroquirúrgicos Valleylab™ FT10 y FX8, así como vulnerabilidades de seguridad en los generadores electroquirúrgicos Valleylab™ FT10 y LS10

PRODUCTO:
Generadores electroquirúrgicos Valleylab™
FT10, Referencia VLFT10GEN
LS10, Referencia VLLS10GEN
FX8, Referencia VLFX8GEN
Ref.: PS644/19

Us comunic que en data 28-11-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 28-11-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencias de seguridad relacionadas con posibles vulnerabilidades de ciberseguridad en el software de los generadores electroquirúrgicos Valleylab™ FT10 y FX8, así como vulnerabilidades de seguridad en los generadores electroquirúrgicos Valleylab™ FT10 y LS10

PRODUCTO:
Generadores electroquirúrgicos Valleylab™
FT10, Referencia VLFT10GEN
LS10, Referencia VLLS10GEN
FX8, Referencia VLFX8GEN

FINALIDAD PREVISTA:
Las plataformas de energía Valleylab™ FT10 y FX8 son generadores electroquirúrgicos de alta frecuencia diseñados para utilizarse con accesorios monopolares y bipolares con el fin de cortar y coagular tejidos. El sistema Valleylab™ LS10 es un generador electroquirúrgico que contiene la tecnología de sellado vascular LigaSure.

FABRICANTE:
Covidien llc, Estados Unidos

DISTRIBUIDOR:
Medtronic Ibérica S.A., C/María de Portugal 11, 28050 Madrid "

Se adjunta Nota de Aviso de la Empresa y Boletines de Seguridad.



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Palma, 28 de novembre de 2019

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda

Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 63 94
farmacia@dgfarmacia.caib.es
Web: <http://controldelmedicament.caib.es>

