



G CONSELLERIA  
O SALUT  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PLANIFICACIÓ,  
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

**Asunto/assumpte:** Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que las Baterías recargables de litio no se carguen completamente debido a que posean un firmware incorrecto, lo que podría limitar el tiempo total de funcionamiento del respirador cuando no está conectado a la alimentación de corriente alterna.

**PRODUCTO:** Baterías recargables de iones de litio con código de artículo: 10086042, usadas en los respiradores Puritan Bennett™ 980

**Ref.: PS645/17**

Us comunic que en data 26-12-2017 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 26-12-2017 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

ASUNTO: Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que las Baterías recargables de litio no se carguen completamente debido a que posean un firmware incorrecto, lo que podría limitar el tiempo total de funcionamiento del respirador cuando no está conectado a la alimentación de corriente alterna.

PRODUCTO: Baterías recargables de iones de litio con código de artículo: 10086042, usadas en los respiradores Puritan Bennett™ 980

Nº SERIE: Baterías con nº de serie del 1201xxxxxx al 1712xxxxxx

FABRICANTE: Covidien LLC, EEUU.

DISTRIBUIDOR: Medtronic Ibérica, S.A., WTC Almeda Park, Plaça de la Pau, s/n. Edificio 7, 3a planta, Cornellà de Llobregat, 08940, Barcelona.

Palma, 27 de desembre de 2017

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez  
p.d.(resolució 10/03/2016)

La cap de secció IX - Carmen Bofill Pellicer

Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma  
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 73 20  
[farmacia@dgfarmacia.caib.es](mailto:farmacia@dgfarmacia.caib.es)  
Web: <http://controldelmedicament.caib.es>

