G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B PLANIFICACIÓ,
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Cese de utilización y retirada del mercado, a requerimiento de la AEMPS, de determinadas referencias y lotes del gel para ultrasonidos QUICK-ECO GEL® CRISTAL VERSION debido a la contaminación microbiana del producto

PRODUCTO: Gel transmisor de ultrasonidos:
- QUICK-ECO GEL® CRISTAL VERSION, frasco 250 ml, referencia 99.800.25
- QUICK-ECO GEL® CRISTAL VERSION, cont. 5 litros, referencia 99.800.22
Ref.: PS665/18

Us comunic que en data 20-12-2018 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 20-12-2018 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

Cese de utilización y retirada del mercado, a requerimiento de la AEMPS, de determinadas referencias y lotes del gel para ultrasonidos QUICK-ECO GEL® CRISTAL VERSION debido a la contaminación microbiana del producto.

PRODUCTO: Gel transmisor de ultrasonidos:
- QUICK-ECO GEL® CRISTAL VERSION, frasco 250 ml, referencia 99.800.25
- QUICK-ECO GEL® CRISTAL VERSION, cont. 5 litros, referencia 99.800.22

Nº LOTE:
- Lote CG130801 (referencia 99.800.25)
- Lotes CG130802 y CG091001 (referencia 99.800.22)

FABRICANTE: AB MEDICA GROUP S.A., España.

Palma, 20 de desembre de 2018

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)
La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris
María de los Ángeles Rojo Arias



Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 63 94
farmacia@dgfarmacia.caib.es
Web: http://controldelmedicament.caib.es

PREMI BALEAR D'EXCEL·LÈNCIA EN LA GESTIÓ 2010
PREMI DE PLATA