G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B PLANIFICACIÓ,
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que se produzca un fallo inesperado en el procesador de pantalla, tras el inicio o el reinicio del sistema, lo que impide que el usuario pueda ver los datos monitorizados en la pantalla.

PRODUCTO
Carescape Central Station (CSCS2), modelos todo en uno con GTIN 00840682109666 y sobremesa con GTIN 00840682109604
Ref.: PS095/18

Us comunic que en data 21-2-2018 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 21-2-2018 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que se produzca un fallo inesperado en el procesador de pantalla, tras el inicio o el reinicio del sistema, lo que impide que el usuario pueda ver los datos monitorizados en la pantalla.

PRODUCTO
Carescape Central Station (CSCS2), modelos todo en uno con GTIN 00840682109666 y sobremesa con GTIN 00840682109604

VERSION DE SOFTWARE
2.0.2

FABRICANTE
GE Medical Systems Information Technologies Inc. EEUU

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España, SAU. C/ Gobelas, 35-37. 28023 Madrid."

Palma, 21 de febrer de 2018

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)
La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris
María de los Ángeles Rojo Arias



Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 73 20
farmacia@dgfarmacia.caib.es
Web: http://controldelmedicament.caib.es

PREMI BALEAR D'EXCEL·LÈNCIA EN LA GESTIÓ 2010
PREMI DE PLATA