



G CONSELLERIA  
O SALUT  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PLANIFICACIÓ,  
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

**Asunto/assumpte: Retirada del mercado de los Tubos de i-PRF 10 ml, fabricados por All Young Medical Supply Co., Ltd, China, al no disponer de un certificado de marcado CE válido.**

**PRODUCTOS AFECTADOS: Tubos de i-PRF 10 ml, números de lote IP 1506-001, IP 0116-004 e IP 0416-0005, fabricados por All Young Medical Supply Co., Ltd, China.**

**Ref.: PS030/17**

Us comunic que en data 18-1-2017 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 18-1-2017 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Se ha recibido en la Unidad de Vigilancia de Productos Sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), comunicación de la empresa Process for PRF, Francia, Representante Autorizado en la Unión Europea del fabricante All Young Medical Supply Co., Ltd, China, relacionada con la retirada del mercado de los Tubos de i-PRF (plasma rico en fibrina) 10 ml, al no disponer de un certificado de marcado CE válido. Este producto se distribuye en España a través de la empresa Oral Direct S.L., sita en Avd. Brasilia 17, 2ºD, 28028 Madrid.

La empresa ha remitido una Nota de Aviso para informar del problema detectado a los centros que disponen de los productos afectados en nuestro país, en la que se incluye las recomendaciones y actuaciones a seguir por cada uno de ellos."

Palma, 18 de gener de 2017

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez  
p.d.(resolució 10/03/2016)

La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris  
María de los Ángeles Rojo Arias

**Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris**

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma  
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 73 20  
[farmacia@dgfarmacia.caib.es](mailto:farmacia@dgfarmacia.caib.es)  
Web: <http://controldelmedicament.caib.es>

