



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que un componente utilizado dentro del mecanismo de la barandilla de determinadas camas de hospital Eleganza 5, funcione mal, provocando que la barandilla no se bloquee adecuadamente o se atasque en la posición superior.

PRODUCTO

Camas de hospital eléctricas Eleganza 5, modelo 1GE5xxxxx-xx, fabricadas entre 2017 y marzo de 2019.

Ref.: PS010/20

Us comunic que en data 09-1-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 09-1-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"ASUNTO: Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que un componente utilizado dentro del mecanismo de la barandilla de determinadas camas de hospital Eleganza 5, funcione mal, provocando que la barandilla no se bloquee adecuadamente o se atasque en la posición superior.

PRODUCTO: Camas de hospital eléctricas Eleganza 5, modelo 1GE5xxxxx-xx, fabricadas entre 2017 y marzo de 2019.

Nº SERIE: Del 20160023029 al 20180197688

FABRICANTE: LINET spol.s.r.o., Republica Checa.

DISTRIBUIDOR: LINET Iberia, calle Bruselas 8, 28232 Las Rozas, Madrid"

Palma, 9 de gener de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda