



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Retirada del mercado de determinados códigos de artículo y lotes de las suturas absorbibles monofilamento BiosynTM y suturas absorbibles trenzadas PolysorbTM, debido a posibles problemas de integridad del envase, lo que podría comprometer la esterilidad y humedad de los productos.

PRODUCTO

**Sutura absorbible monofilamento BiosynTM y sutura absorbible trenzada PolysorbTM.
Ver códigos de artículo y lotes afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.**

Ref.: PS012/20

Us comunic que en data 08-1-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 08-1-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Retirada del mercado de determinados códigos de artículo y lotes de las suturas absorbibles monofilamento BiosynTM y suturas absorbibles trenzadas PolysorbTM, debido a posibles problemas de integridad del envase, lo que podría comprometer la esterilidad y humedad de los productos.

PRODUCTO

**Sutura absorbible monofilamento BiosynTM y sutura absorbible trenzada PolysorbTM.
Ver códigos de artículo y lotes afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.**

FABRICANTE

Covidien Iic, EEUU.



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR

Medtronic. WTC Almeda Park, Plaza de la Pau, s/n. Edificio 7, 3º. 08940 Cornellá de Llobregat.
Barcelona"

Palma, 8 de gener de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda