



Asunto/assumpte: Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de los Equipos de filtro de vena cava inferior fabricados por William Cook Europe Aps, respecto a la inclusión de nuevas precauciones, posibles efectos secundarios, datos de ensayos clínicos, así como a la importancia de los seguimientos periódicos y la recuperación del filtro cuando esté clínicamente indicado.

PRODUCTO

Equipos de filtro de vena cava inferior (VCI),
IGTCFS-65-1/2-FEM/JUG/UNI-TULIP/CELECT/CELECT-PT:

- Equipo de filtro de vena cava Günther Tulip®
- Equipo de filtro de vena cava Cook Celect®
- Equipo de filtro de vena cava Cook Celect® Platinum

Ref.: PS131/19

Us comunic que en data 15-3-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 15-3-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de los Equipos de filtro de vena cava inferior fabricados por William Cook Europe Aps, respecto a la inclusión de nuevas precauciones, posibles efectos secundarios, datos de ensayos clínicos, así como a la importancia de los seguimientos periódicos y la recuperación del filtro cuando esté clínicamente indicado.

PRODUCTO

Equipos de filtro de vena cava inferior (VCI),
IGTCFS-65-1/2-FEM/JUG/UNI-TULIP/CELECT/CELECT-PT:

- Equipo de filtro de vena cava Günther Tulip®
- Equipo de filtro de vena cava Cook Celect®
- Equipo de filtro de vena cava Cook Celect® Platinum

FABRICANTE

WILLIAM COOK EUROPE ApS, Dinamarca.



G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B PLANIFICACIÓ
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR
COOK ESPAÑA S.A, Vía Augusta, 2 bis, 5ª planta, 08006 Barcelona."

Palma, 15 de març de 2019

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)
La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris
María de los Ángeles Rojo Arias

Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 63 94
farmacia@dgfarmacia.caib.es
Web: <http://controldelmedicament.caib.es>

