



Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que en determinados sistemas MultiDiagnost Eleva, OmniDiagnost Eleva y OmniDiagnost Classic falte la placa de bloqueo de alguno de los ejes del sistema.

PRODUCTO:

Sistemas MultiDiagnost Eleva, OmniDiagnost Eleva y OmniDiagnost Classic:

708032 MultiDiagnost Eleva
708034 MultiDiagnost Eleva with Flat Detector
708037 MultiDiagnost Eleva with Flat Detector
708038 MultiDiagnost Eleva with Flat Detector
708027 OmniDiagnost Eleva
708023 OmniDiagnost Classic
Ref.: PS177/19

Us comunic que en data 08-4-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 08-4-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que en determinados sistemas MultiDiagnost Eleva, OmniDiagnost Eleva y OmniDiagnost Classic falte la placa de bloqueo de alguno de los ejes del sistema.

PRODUCTO:

Sistemas MultiDiagnost Eleva, OmniDiagnost Eleva y OmniDiagnost Classic:

708032 MultiDiagnost Eleva
708034 MultiDiagnost Eleva with Flat Detector
708037 MultiDiagnost Eleva with Flat Detector
708038 MultiDiagnost Eleva with Flat Detector
708027 OmniDiagnost Eleva
708023 OmniDiagnost Classic

FINALIDAD PREVISTA :

Sistemas de diagnóstico de rayos X.

Nº SERIE:

La empresa remitirá a cada centro, en la nota de aviso, el modelo y el número de serie de los equipos afectados.



G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B PLANIFICACIÓ,
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

FABRICANTE:
Philips Medical Systems Nederland BV, Holanda.

DISTRIBUIDOR:
Philips Ibérica S.A., C/ María de Portugal 1, 28050 Madrid."

Palma, 8 d'abril de 2019

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)
La cap de secció IX - Carmen Bofill Pellicer