



Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad relacionada con el reemplazo del módulo de potencia Shark de determinadas sillas de ruedas eléctricas INVACARE, debido al riesgo de rotura

PRODUCTO

Sillas de ruedas eléctricas Invacare que utilizan determinados Módulos de potencia Shark de Dynamic Controls fabricados entre enero de 2018 y agosto de 2018.

Ver modelos y números de series de las sillas afectadas en la nota de aviso de la empresa.

Ref.: PS217/19

Us comunic que en data 25-4-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 25-4-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencia de seguridad relacionada con el reemplazo del módulo de potencia Shark de determinadas sillas de ruedas eléctricas INVACARE, debido al riesgo de rotura

PRODUCTO

Sillas de ruedas eléctricas Invacare que utilizan determinados Módulos de potencia Shark de Dynamic Controls fabricados entre enero de 2018 y agosto de 2018.

Ver modelos y números de series de las sillas afectadas en la nota de aviso de la empresa.

Nº DE SERIE AFECTADOS EN ESPAÑA

La empresa indicará a los establecimientos sanitarios los modelos y números de serie afectados.

FABRICANTE

Invacare GmbH, Alemania.



G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B PLANIFICACIÓ,
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR
INVACARE S.A., C/Areny, s/n., Pol. Ind.de Celrà, 17460 Celrà, Girona."

SE ADJUNTA:

- Nota de aviso empresa
- Nota informativa AEMPS PS, 10/2019

Palma, 26 d'abril de 2019

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)
La cap de secció IX - Carmen Bofill Pellicer