



Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad relacionada con un posible riesgo de caída de determinados monitores TRC de su soporte de pared, debido a un envejecimiento del producto

PRODUCTO: Monitores TRC de los sistemas de radiografía general:

- Prestige II, VH y SI
- Prestilix 1600X
- Precision 500D
- Flexmed
- PROTEUS XR/A
- SILHOUETTE VR

Ref.: PS227/19

Us comunic que en data 03-5-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 03-5-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencia de seguridad relacionada con un posible riesgo de caída de determinados monitores TRC de su soporte de pared, debido a un envejecimiento del producto

PRODUCTO: Monitores TRC de los sistemas de radiografía general:

- Prestige II, VH y SI
- Prestilix 1600X
- Precision 500D
- Flexmed
- PROTEUS XR/A
- SILHOUETTE VR

Nº SERIE

Ver números de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

GE Hualun Medical Systems Co. Ltd, China.



G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B PLANIFICACIÓ,
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España, S.A. C/ Gobelas, 35-37, 28023 Madrid."

Palma, 3 de maig de 2019

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)

La cap de secció IX - Carmen Bofill Pellicer

Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 63 94
farmacia@dgfarmacia.caib.es
Web: <http://controldelmedicament.caib.es>

