



Asunto/assumpte: Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de la endoprótesis vascular abdominal Zenith Alpha, debido a que pueden contener un mando gris de seguridad de bloqueo deteriorado que podría dificultar el despliegue de la endoprótesis.

PRODUCTO:
Endoprótesis vascular abdominal Zenith Alpha.

Ref.: PS271/19

Us comunic que en data 22-5-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 22-5-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"ASUNTO:

Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de la endoprótesis vascular abdominal Zenith Alpha, debido a que pueden contener un mando gris de seguridad de bloqueo deteriorado que podría dificultar el despliegue de la endoprótesis.

PRODUCTO:

Endoprótesis vascular abdominal Zenith Alpha.

Nº LOTE:

Ver nº de lotes afectados en el anexo a la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE:

William Cook Europe Aps, Dinamarca.

DISTRIBUIDOR:

COOK ESPAÑA S.A, Vía Augusta, 2 bis, 5ª planta, 08006 Barcelona."

Palma, 22 de maig de 2019

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)

La cap de secció IX - Carmen Bofill Pellicer