



G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B PLANIFICACIÓ,
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Retirada del mercado de determinados lotes del destornillador TORX T8, referencia PNEA40010002B, debido a un defecto en la forma de la puntera, que podría dar lugar a rotura del instrumento cuando se inserta en tornillos Ø 2,7.

PRODUCTO: Destornillador TORX T8, referencia PNEA40010002B.

Ref.: PS360/19

Us comunic que en data 03-7-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 03-7-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

ASUNTO: Retirada del mercado de determinados lotes del destornillador TORX T8, referencia PNEA40010002B, debido a un defecto en la forma de la puntera, que podría dar lugar a rotura del instrumento cuando se inserta en tornillos Ø 2,7.

PRODUCTO: Destornillador TORX T8, referencia PNEA40010002B.

Nº LOTE: 1901455 y 1901457 .

FABRICANTE: Serf, Francia.

DISTRIBUIDOR: JEMED IMPORTACIONES S.L., C/Lauaxeta Olerkari 52, 48100 Mungia, Vizcaya.

Palma, 3 de juliol de 2019

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)

La cap de secció IX - Carmen Bofill Pellicer