



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Assunto/assumpte:

Cese de utilización y retirada del mercado de determinadas referencias y lotes del producto Calentador Veba Meditemp, debido a que se han distribuido con el certificado de marcado CE caducado.

PRODUCTO AFECTADO EN ESPAÑA:

Calentador Veba Meditemp, para bolsas de diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA).

Código de producto 1510WTP-V3.

Ref.: PS372/19

Us comunic que en data 26-7-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 26-7-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"ASUNTO:

Cese de utilización y retirada del mercado de determinadas referencias y lotes del producto Calentador Veba Meditemp, debido a que se han distribuido con el certificado de marcado CE caducado.

PRODUCTO AFECTADO EN ESPAÑA:

Calentador Veba Meditemp, para bolsas de diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA).

Código de producto 1510WTP-V3.

Nº SERIE:

Desde 1843-21896 hasta 1849-22585, ambos incluidos.

FABRICANTE:

Veba Meditemp B.V,Holanda.

DISTRIBUIDOR:

Baxter S.L, Polígono Industrial Sector 14, Pouet de Camilo, 2, 46394 Ribarroja del Turia, Valencia"

Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 63 94
farmacia@dgfarmacia.caib.es
Web: <http://controldelmedicament.caib.es>





G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Palma, 26 de juliol de 2019

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda