



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de agujas GRIPPER y bandejas PORT-ACATH que contienen las agujas GRIPPER® afectadas, debido a que las agujas pueden estar obstruidas o bloqueadas.

PRODUCTO: Agujas GRIPPER® y bandejas PORT-A-CATH® con Agujas GRIPPER®

Ref.: PS380/19

Us comunic que en data 23-7-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 23-7-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

ASUNTO: Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de agujas GRIPPER y bandejas PORT-ACATH que contienen las agujas GRIPPER® afectadas, debido a que las agujas pueden estar obstruidas o bloqueadas.

PRODUCTO: Agujas GRIPPER® y bandejas PORT-A-CATH® con Agujas GRIPPER®

Nº DE PRODUCTO Y Nº DE LOTE

- Agujas GRIPPER® individuales fabricadas entre el 11 de junio de 2018 y el 21 de febrero de 2019.

- Bandejas PORT-A-CATH® con agujas GRIPPER® afectadas

Ver referencias y lotes afectados en el anexo 2 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Smiths Medical ASD Inc, Estados Unidos

DISTRIBUIDOR

Smiths Medical España, S.R.L., Av. Diagonal, 635, 08028 Barcelona.

Palma, 23 de juliol de 2019

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda