



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Advertencias de seguridad y reemplazo de determinados cables troncales y juego de latiguillos de ECG, debido a la posibilidad de que se produzca una reducción de energía durante la desfibrilación.

PRODUCTOS:

Cables troncales y juego de latiguillos de ECG.

Ref.: PS399/19

Us comunic que en data 23-7-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 23-7-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"ASUNTO:

Advertencias de seguridad y reemplazo de determinados cables troncales y juego de latiguillos de ECG, debido a la posibilidad de que se produzca una reducción de energía durante la desfibrilación.

PRODUCTOS:

Cables troncales y juego de latiguillos de ECG.

Nº DE LOTE:

Ver nº de referencia y GTIN (nº UDI) afectados en los apéndices A y B de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE:

GE Healthcare Finland Oy, Finlandia.

DISTRIBUIDOR:

General Electric Healthcare España, SAU, sita en C/Gobelas, 35-37, 28023 Madrid."

Palma, 23 de juliol de 2019

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda