



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los Sistemas de desbridamiento de heridas Pulsavac® Plus y Pulsavac® Plus AC, debido a que en determinadas unidades, se podría desencajar fácilmente el bloqueo de las puntas y no fijar correctamente la punta a la carcasa, pudiendo provocar que tanto la punta como el bloqueo se caigan de la carcasa.

PRODUCTO: Sistemas de desbridamiento de heridas:

- Pulsavac® Plus AC, referencia 00-5150-476-01 y 00-5150-486-01
- Pulsavac® Plus, referencia 00-5150-482-00 y 00-5150-482-01

Ref.: PS402/19

Us comunic que en data 23-7-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 23-7-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

ASUNTO: Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los Sistemas de desbridamiento de heridas Pulsavac® Plus y Pulsavac® Plus AC, debido a que en determinadas unidades, se podría desencajar fácilmente el bloqueo de las puntas y no fijar correctamente la punta a la carcasa, pudiendo provocar que tanto la punta como el bloqueo se caigan de la carcasa.

PRODUCTO: Sistemas de desbridamiento de heridas:

- Pulsavac® Plus AC, referencia 00-5150-476-01 y 00-5150-486-01
- Pulsavac® Plus, referencia 00-5150-482-00 y 00-5150-482-01

Nº LOTE: Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE: Zimmer, Inc, EEUU

DISTRIBUIDOR: Zimmer Biomet Spain, S.L.U., C/ Metalurgia 32-34, 08038 Barcelona

Palma, 23 de juliol de 2019

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda