



**Asunto/assumpte: Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso.**

**PRODUCTO**

**Paños estériles, batas quirúrgicas estériles, buzos de protección, cubiertas para equipos, packs quirúrgicos**

**Ref.: PS446/20**

Us comunic que en data 04-8-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 04-8-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficina del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso.

**PRODUCTO**

Paños estériles, batas quirúrgicas estériles, buzos de protección, cubiertas para equipos, packs quirúrgicos

**FABRICANTE**

Medical Products Co., Ltd. 461200 Xuchang City, Henan Province. China

**REPRESENTANTE EUROPEO**

Desconocido

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Datos del certificado CE falso:

- Organismo Notificado y nº de identificación: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)
- Número de certificado: G2S.073966.0008. Rev.01
- Producto: Paños estériles, batas quirúrgicas estériles, buzos de protección, cubiertas para equipos, packs quirúrgicos
- Fecha de emisión: 15 octubre 2019
- Fecha de caducidad: 26 mayo 2024



G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
I FARMÀCIA

Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación:

<https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-delcovid-%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-lacovid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/>

SE ADJUNTA:

Certificado de marcado CE falso

Palma, 4 d'agost de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia  
Atanasio García Pineda

