



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Assunto/assumpte: Retirada del mercado del lote 190408 de los mangos de bisturí electroquirúrgico, referencia MB-100 debido a un posible fallo en la esterilización del producto.

PRODUCTO: Mango de bisturí electroquirúrgico referencia MB-100.
Ref.: PS448/19

Us comunic que en data 08-8-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 08-8-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"ASUNTO: Retirada del mercado del lote 190408 de los mangos de bisturí electroquirúrgico, referencia MB-100 debido a un posible fallo en la esterilización del producto.

PRODUCTO: Mango de bisturí electroquirúrgico referencia MB-100.

Nº LOTE: 190408.

FABRICANTE: Zhejiang Jinhua Huatong Medical Appliance Co., Ltd. China.

DISTRIBUIDOR: TELIC S.A.U. Polígono Industrial Can Barri, C/ Molí dén Barri, 7, 08415 Bigues i Riells, Barcelona."

Palma, 8 d'agost de 2019

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda