



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Cese de la utilización del lote 174026 del ensayo LIASON® Measles-IgM debido a la posibilidad de obtener resultados falsos negativos en muestras con baja concentración de IgM del virus del sarampión, cercanas al punto de corte del ensayo.

PRODUCTO

LIASON® Measles-IgM, nº de catálogo 318820

Ref.: PS469/20

Us comunic que en data 12-8-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 12-8-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

" Cese de la utilización del lote 174026 del ensayo LIASON® Measles-IgM debido a la posibilidad de obtener resultados falsos negativos en muestras con baja concentración de IgM del virus del sarampión, cercanas al punto de corte del ensayo.

PRODUCTO

LIASON® Measles-IgM, nº de catálogo 318820

FINALIDAD PREVISTA

El ensayo LIAISON® Measles-IgM emplea la tecnología de la quimioluminiscencia (CLIA) para la determinación cualitativa de anticuerpos IgM específicos contra el virus del sarampión en muestras de suero o plasma humano.

Nº LOTE

174026



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

FABRICANTE

DiaSorin S.p.A., Italia

DISTRIBUIDOR

DiaSorin Iberia, S.A., Edificio Veganova, Avenida de la Vega 1, Edificio 2, Planta 2ª, 28108 Alcobendas, Madrid "

Palma, 12 d'agost de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda