



G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B PLANIFICACIÓ,
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad y actualización del manual básico de usuario de Autostainer Link para reducir la posibilidad de que se produzcan fallos de nivelación de las gradillas de portaobjetos, lo que podría afectar a la calidad de las tinciones y generar resultados falsos negativos.

**PRODUCTO: Autostainer Slide Racks, nº catálogo S3704
Ref.: PS049/19**

Us comunic que en data 29-1-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 29-1-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

ASUNTO: Advertencia de seguridad y actualización del manual básico de usuario de Autostainer Link para reducir la posibilidad de que se produzcan fallos de nivelación de las gradillas de portaobjetos, lo que podría afectar a la calidad de las tinciones y generar resultados falsos negativos.

PRODUCTO: Autostainer Slide Racks, nº catálogo S3704

FINALIDAD PREVISTA: Sistema automatizado de procesamiento de portaobjetos compatible con los reactivos disponibles en la actualidad para la tinción de cortes de tejido embebidos en parafina y congelados, centrifugado celular, frotis de células y aspirados con agujas finas.

FABRICANTE: Dako North America Inc., Estados Unidos

DISTRIBUIDOR: Agilent Technologies Spain S.L., World Trade Center, Edif. Sur 5 Planta, 08039 Moll de Barcelona

Palma, 29 de gener de 2019

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)

La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris
María de los Ángeles Rojo Arias

Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 63 94
farmacia@dgfarmacia.caib.es
Web: <http://controldelmedicament.caib.es>

