



G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
/ I FARMÀCIA

**Asunto/assumpte:** Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de bandejas tibiales Vanguard XP-CR y Vanguard XP-XP, debido a la posibilidad de que contengan una rebaba que podría impedir su acoplamiento total con la barra de bloqueo durante la intervención.

**PRODUCTO:**

**Bandeja tibial Vanguard XP-CR**

**Bandeja tibial Vanguard XP-XP**

**Ref.: PS499/19**

Us comunic que en data 16-9-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 16-9-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de bandejas tibiales Vanguard XP-CR y Vanguard XP-XP, debido a la posibilidad de que contengan una rebaba que podría impedir su acoplamiento total con la barra de bloqueo durante la intervención.

**PRODUCTO:**

**Bandeja tibial Vanguard XP-CR**

**Bandeja tibial Vanguard XP-XP**

**REFERENCIA Y Nº LOTE:**

Ver referencias y números de lote afectados en el anexo 2 de la nota de aviso de la empresa.

**FABRICANTE:**

Biomet Orthopaedics, EEUU.

**DISTRIBUIDOR:**

Zimmer Biomet Spain, S.L.U. C/ Metalurgia 32, 1ª planta, 08038 Barcelona.



G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
/ I FARMÀCIA

**RECOMENDACIONES AEMPS:**

La AEMPS, consultada su red de expertos en la especialidad de cirugía ortopédica y traumatología, considera adecuadas las medidas tomadas por la empresa."

Palma, 16 de setembre de 2019

El director general de Prestacions i Farmàcia  
Atanasio García Pineda