



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Assunto/assumpte:

Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los equipos esterilizados de paños quirúrgicos Barrier® para ortopedia, debido a la posibilidad de que el envase primario tenga perforaciones y como consecuencia la esterilidad del producto podría verse comprometida.

PRODUCTOS AFECTADOS EN ESPAÑA:

Equipos esterilizados de paños quirúrgicos Barrier® para ortopedia:

- Equipo de extremidades, referencia 60209-00, nº de lote 19239134
 - Equipo de pie/mano, referencia 60303-00, nº de lote 19244796
 - Equipo de cadera, referencia 60608-00, nº de lote 19237341
 - Equipo universal básico con F.M.M., referencia 698900-07, nº de lote 19239130
 - Equipo universal, referencia 699054-07, nº de lote 19232897, 19239128 y 19239129
 - Equipo universal, referencia 699340-07, nº de lote 19244794 y 19244802
- Ref.: PS502/19**

Us comunic que en data 17-9-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departament de Productes Sanitaris de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 17-9-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"ASUNTO: Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los equipos esterilizados de paños quirúrgicos Barrier® para ortopedia, debido a la posibilidad de que el envase primario tenga perforaciones y como consecuencia la esterilidad del producto podría verse comprometida.

PRODUCTOS AFECTADOS EN ESPAÑA:

Equipos esterilizados de paños quirúrgicos Barrier® para ortopedia:

- Equipo de extremidades, referencia 60209-00, nº de lote 19239134
- Equipo de pie/mano, referencia 60303-00, nº de lote 19244796
- Equipo de cadera, referencia 60608-00, nº de lote 19237341
- Equipo universal básico con F.M.M., referencia 698900-07, nº de lote 19239130
- Equipo universal, referencia 699054-07, nº de lote 19232897, 19239128 y 19239129
- Equipo universal, referencia 699340-07, nº de lote 19244794 y 19244802

FABRICANTE:

Moölnlycke Health Care AB, Suecia

DISTRIBUIDOR:

- Mediport, S.L., Paseo Ibaialde 309, 31192 Mutilva Baja, Navarra
- Area Medica S.L., Calle de la Collita 32-34, 8191 Rubí, Barcelona"

Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 63 94
farmacia@dgfarmacia.caib.es
Web: <http://controldelmedicament.caib.es>





G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Palma, 17 de setembre de 2019

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda