



Asunto/assumpte: Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de los catéteres PNEUMOCATH®/NEO-PNEUMOCATH®/THORACATH® con recomendaciones adicionales sobre la conexión del catéter al mandril metálico de la válvula de tres vías y la fijación del catéter, para evitar su desconexión y el posible paso al espacio pleural por aspiración negativa.

PRODUCTO

PNEUMOCATH®/NEO-PNEUMOCATH®/THORACATH®

Ver referencias afectadas en el anexo I de la nota de aviso de la empresa

Ref.: PS526/20

Us comunic que en data 15-9-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 15-9-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de los catéteres PNEUMOCATH®/NEO-PNEUMOCATH®/THORACATH® con recomendaciones adicionales sobre la conexión del catéter al mandril metálico de la válvula de tres vías y la fijación del catéter, para evitar su desconexión y el posible paso al espacio pleural por aspiración negativa.

PRODUCTO

PNEUMOCATH®/NEO-PNEUMOCATH®/THORACATH®

Ver referencias afectadas en el anexo I de la nota de aviso de la empresa

FINALIDAD PREVISTA

Cateter aguja de drenaje pleural

FABRICANTE

intra special catheters GMBH. Alemania



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR

Léleman, S.L. C/ Ador 2-Bajo Izda. 46026 Valencia"

Palma, 15 de setembre de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda