



G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
/ I FARMÀCIA

**Asunto/assumpte: Cese de la utilización del lote 19040201 del tampón de lisis NUCLISENS® debido a que cuando se utiliza para analizar eluidos con color provenientes de muestras que contienen sangre, la hemoglobina podría causar la inhibición de la PCR dando lugar a resultados no interpretables o falsos negativos.**

**PRODUCTO: tampón de lisis NUCLISENS®, referencia 200292**

**Ref.: PS053/20**

Us comunic que en data 30-1-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 30-1-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"ASUNTO: cese de la utilización del lote 19040201 del tampón de lisis NUCLISENS® debido a que cuando se utiliza para analizar eluidos con color provenientes de muestras que contienen sangre, la hemoglobina podría causar la inhibición de la PCR dando lugar a resultados no interpretables o falsos negativos.

PRODUCTO: tampón de lisis NUCLISENS®, referencia 200292.

FINALIDAD PREVISTA: el tampón de lisis NUCLISENS® se ha diseñado específicamente para liberar todos los ácidos nucleicos presentes en muestras biológicas.

Nº LOTE: 19040201

FABRICANTE: bioMérieux Inc, Francia

DISTRIBUIDOR: bioMérieux España, C/ Manuel Tovar 45-47, 28034 Madrid"

Palma, 30 de gener de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia  
Atanasio García Pineda