



**Asunto/assumpte: Advertencias de seguridad relacionadas con la posibilidad de infección del paciente si no se siguen las indicaciones para el cepillado y la limpieza manual, incluidas en los Manuales de reprocesamiento, al reprocesar los Videobroncoscopios Evis Exera II (BF-1T180) y Evis Exera (BFXT160).**

**PRODUCTO**

- VIDEOBRONCOSCOPIO EVIS EXERA II OLYMPUS BF TIPO 1T180 (BF-1T180)

- VIDEOBRONCOSCOPIO EVIS EXERA OLYMPUS BF TIPO XT160 (BF- XT160)

**Ref.: PS554/20**

Us comunic que en data 24-9-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 24-9-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencias de seguridad relacionadas con la posibilidad de infección del paciente si no se siguen las indicaciones para el cepillado y la limpieza manual, incluidas en los Manuales de reprocesamiento, al reprocesar los Videobroncoscopios Evis Exera II (BF-1T180) y Evis Exera (BFXT160).

**PRODUCTO**

- VIDEOBRONCOSCOPIO EVIS EXERA II OLYMPUS BF TIPO 1T180 (BF-1T180)

- VIDEOBRONCOSCOPIO EVIS EXERA OLYMPUS BF TIPO XT160 (BF- XT160)

**FINALIDAD PREVISTA**

Los broncoscopios BF-1T180 y BF-XT160 se utilizan junto con otros equipos complementarios para endoscopia y cirugía endoscópica dentro de las vías aéreas y el árbol traqueobronquial.

**Nº SERIE**

Todos los números de serie

**FABRICANTE**

Olympus Medical Systems Corporation, Japón



G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
/ I FARMÀCIA

**DISTRIBUIDOR**

Olympus Iberia, S.A.U., Pl. Europa, 29-31, 08908 L'Hospitalet de Llobregat"

Palma, 24 de setembre de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia  
Atanasio García Pineda