



Asunto/assumpte: Retirada del mercado de determinadas referencias y números de serie del producto AMS 700 MS Pump, debido a la posibilidad de que presenten problemas en la activación inicial del dispositivo.

PRODUCTO

AMS 700 MS Pump (bomba de presión momentánea)

Ver números de material (UPN) y GTIN afectados en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa

Ref.: PS562/20

Us comunic que en data 29-9-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 29-9-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Retirada del mercado de determinadas referencias y números de serie del producto AMS 700 MS Pump, debido a la posibilidad de que presenten problemas en la activación inicial del dispositivo.

PRODUCTO

AMS 700 MS Pump (bomba de presión momentánea)

Ver números de material (UPN) y GTIN afectados en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa

FINALIDAD PREVISTA

Prótesis de pene inflable AMS 700 con bomba MS preconectada para el tratamiento de la disfunción eréctil masculina crónica de origen orgánico.

Nº SERIE

La empresa indicará los números de serie de los productos afectados a cada centro en el impreso de verificación de la nota de aviso

FABRICANTE

American Medical Systems, Países Bajos



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR

Boston Scientific Ibérica, S.A., C/ Ribera del Loira 46, Parque Puerta de las Naciones, 28042 Madrid"

Palma, 29 de setembre de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda