

Asunto/assumpte: Cese de utilización y retirada del mercado de determinados lotes de Instrunet Surfa'Safe Premium, referencia 2585544E2, debido a una posible contaminación del producto con la bacteria Burkholderia Cepacia.

PRODUCTO SANITARIO AFECTADO EN ESPAÑA: INSTRUNET SURFA'SAFE PREMIUM, 750MLx12UNIDADES, referencia 2585544E2

Ref.: PS616/19

Us comunic que en data 22-11-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 22-11-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Cese de utilización y retirada del mercado de determinados lotes de Instrunet Surfa'Safe Premium, referencia 2585544E2, debido a una posible contaminación del producto con la bacteria Burkholderia Cepacia.

PRODUCTO SANITARIO AFECTADO EN ESPAÑA: INSTRUNET SURFA'SAFE PREMIUM, 750MLx12UNIDADES, referencia 2585544E2

FINALIDAD PREVISTA

Espuma detergente desinfectante de productos sanitarios no invasivos

Nº LOTE

Ver nos de lotes afectados en la nota de aviso del distribuidor Instrunet

FABRICANTE

Laboratoires Anios, Francia.





DISTRIBUIDOR

Instrunet Hospital, carretera Sabadell-Granollers, km 14,5, 08185 Lliçà de Vall, Barcelona."

SE ADJUNTA:

Nota de aviso del fabricante Anios Nota de aviso del distribuidor Instrunet

Palma, 22 de novembre de 2019

El director general de Prestacions i Farmàcia Atanasio García Pineda

Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 63 94 farmacia@dgfarmacia.caib.es

Web: http://controldelmedicament.caib.es

