



G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
/ I FARMÀCIA

**Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad relacionada con determinados sistemas de fototerapia Giraffe Blue Spot PT Lite debido a que la luz emitida podría encontrarse por debajo del límite mínimo recomendado.**

**PRODUCTO: Giraffe Blue Spot PT Lite Phototherapy Systems fabricados entre 2014 y Enero de 2018.**

**Ref.: PS067/20**

Us comunic que en data 30-1-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 30-1-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"ASUNTO: Advertencia de seguridad relacionada con determinados sistemas de fototerapia Giraffe Blue Spot PT Lite debido a que la luz emitida podría encontrarse por debajo del límite mínimo recomendado.

PRODUCTO: Giraffe Blue Spot PT Lite Phototherapy Systems fabricados entre 2014 y Enero de 2018.

Nº SERIE: Ver nos de serie afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE: Datex Ohmeda, Inc.(división de GE Healthcare) EE.UU.

DISTRIBUIDOR: GE Healthcare España. Avenida de Europa - Parque Empresarial Moraleja, 22, 28108, Alcobendas (Madrid)"

Palma, 30 de gener de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia  
Atanasio García Pineda