



G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B PLANIFICACIÓ,
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Cese de utilización y retirada del mercado de determinados lotes de toallitas DENTASEPT SH PRO (Ref. 2477655EC), debido a una posible contaminación microbiana producida durante la fabricación.

PRODUCTO

**DENTASEPT SH PRO WIPES, modelo 6x100 toallitas (Ref. 2477655EC)
Ref.: PS067/19**

Us comunic que en data 05-2-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 05-2-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Cese de utilización y retirada del mercado de determinados lotes de toallitas DENTASEPT SH PRO (Ref. 2477655EC), debido a una posible contaminación microbiana producida durante la fabricación.

PRODUCTO

DENTASEPT SH PRO WIPES, modelo 6x100 toallitas (Ref. 2477655EC)

FINALIDAD PREVISTA

Desinfección y limpieza de dispositivos médicos no sumergibles y no invasivos en entornos dentales

LOTES

Ver números de lote afectados en el apéndice II de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

DMD, Francia

DISTRIBUIDOR

Proclínic S.A., C/ Palermo 9, 50197 Zaragoza"

Palma, 5 de febrer de 2019

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez

p.d.(resolució 10/03/2016)

La cap de secció IX - Carmen Bofill Pellicer

Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 63 94
farmacia@dgfarmacia.caib.es
Web: <http://controldelmedicament.caib.es>

