



G CONSELLERIA  
O SALUT  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PLANIFICACIÓ,  
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

**Asunto/assumpte: Cese de la utilización y retirada del mercado de determinados lotes de las microesferas LifePearl® modelo 8LP2S200, debido a la presencia de fragmentos particulados en la jeringa LifePearl®.**

**PRODUCTO:  
Microesferas LifePearl®, modelo 8LP2S200.  
Ref.: PS117/19**

Us comunic que en data 12-3-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 12-3-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Cese de la utilización y retirada del mercado de determinados lotes de las microesferas LifePearl® modelo 8LP2S200, debido a la presencia de fragmentos particulados en la jeringa LifePearl®.

**PRODUCTO:  
Microesferas LifePearl®, modelo 8LP2S200.**

**FINALIDAD PREVISTA:**  
Las Microesferas LifePearl® están indicadas para la embolización de los vasos sanguíneos que irrigan los tumores hipervasculares primarios o las metástasis en el hígado.

**Nº LOTE:**  
17032021 y 17121811V.

**FABRICANTE:**MicroVention Europe, Francia.

**DISTRIBUIDOR:**  
Terumo Europe España S.L., Av. Juan Carlos I nº 13, 7ª planta, 28806 Alcalá de Henares, Madrid."

Palma, 12 de març de 2019

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez  
p.d.(resolució 10/03/2016)  
La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris  
María de los Ángeles Rojo Arias

**Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris**

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma  
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 63 94  
[farmacia@dgfarmacia.caib.es](mailto:farmacia@dgfarmacia.caib.es)  
Web: <http://controldelmedicament.caib.es>

