



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Actualización del software de los generadores electroquirúrgicos Autocon III 300 y Autocon III 400, modificando el modo en que aparecen las funcionalidades, de forma que, en adelante figuren con sus designaciones técnicas en lugar de las relativas a las indicaciones.

PRODUCTO

Generadores electroquirúrgicos Autocon III 300 y Autocon III 400. Ver modelos afectados en la Nota de Aviso de la empresa.

Ref.: PS705/19

Us comunic que en data 02-1-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 02-1-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Actualización del software de los generadores electroquirúrgicos Autocon III 300 y Autocon III 400, modificando el modo en que aparecen las funcionalidades, de forma que, en adelante figuren con sus designaciones técnicas en lugar de las relativas a las indicaciones.

PRODUCTO

Generadores electroquirúrgicos Autocon III 300 y Autocon III 400. Ver modelos afectados en la Nota de Aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA

Generador electroquirúrgico de alta frecuencia para aplicaciones unipolares y bipolares que permite realizar cortes y coagulaciones electroquirúrgicas.

FABRICANTE

Karl Storz SE & Co. KG, Alemania.



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR

Karl Storz Endoscopia Ibérica, S.A., Parque Empresarial San Fernando De Henares, Av. de Castilla, 2, 28830 San Fernando de Henares, Madrid."

Palma, 2 de gener de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda