



Resum executiu de la campanya 2026 sobre l'ampliació del termini per al compliment del requisit de vida útil dels comptadors d'aigua sotmesos a control metrològic de l'Estat

Antecedents

L'Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer, per la qual es regula el control metrològic de l'Estat, indica a l'apartat 4.2 de l'annexe III, relatiu a la vida útil per als comptadors d'aigua, que, a efectes de reposició d'aquests equips de mesura, com és el cas d'aquesta mena de comptadors pels quals està establerta en 12 anys, es va establir un termini de 5 anys a comptar des de l'entrada en vigor d'aquesta ordre, el 24 d'octubre de 2020, per a la substitució d'aquells que hagin superat la seva vida útil o la vagin superar en data 24 d'octubre de 2025.¹

El dia 03 d'octubre de 2025 es va publicar l'Ordre ITU/1072/2025, de 26 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre ICT/155/2020. Segons el preàmbul de l'esmentada ITU/1072/2025, es va ampliar el termini de substitució de comptadors d'aigua neta atesa la impossibilitat de substituir els comptadors d'aigua que haguessin exhaurit la seva vida útil en el termini original de 5 anys. Arran d'això s'ha modificat l'apartat 4.2 de l'annexe III de l'ICT/155/2020, ampliant el termini de substitució de 5 a 7 anys. Per tant la nova data límit queda establerta a 24 d'octubre de 2027.

Arran d'aquesta modificació la Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials va iniciar una campanya dirigida les entitats gestores de zones d'abastiment d'aigua a les Illes Balears, com a potencials titulars de comptadors d'aigua per a la gestió de les seves respectives zones i clients, amb un doble objectiu: informar de l'ampliació del termini per a l'adequació dels comptadors d'aigua a la seva vida útil i recaptar informació relativa a l'evolució de la substitució que s'ha de dur a terme abans de la nova data límit.

¹ A l'article 4.5 de la mateixa Ordre s'estableix la possibilitat d'ampliar la vida útil per períodes successius de 5 anys segons els criteris recollits a l'apèndix III. Atesa la seva complexitat organitzativa i tècnica, així com l'existència a l'Estat d'un únic organisme que pugui dur a terme aquesta verificació, és considera que aquesta via no serà la preferent per part dels titulars de comptadors d'aigua.

Normativa aplicable

La normativa referent a metrologia legal aplicable als comptadors d'aigua neta és la següent:

1. Llei 32/2014, de 22 de desembre, de metrologia.
2. Reial decret 244/2016, de 3 de juny, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de metrologia, especialment l'annexe VIII.
3. Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer, per la qual es regula el control metrològic de l'Estat, especialment l'annexe III .
4. Ordre ITU/1072/2025, de 26 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre ICT/155/2020.

L'apartat 4 de l'annexe III de l'ICT/155/2020 estableix que la vida útil dels comptadors d'aigua neta és de 12 anys des de la seva posada en servei, així com que no es troben subjectes a verificació periòdica i que es prohibeix la reparació o modificació d'aquests comptadors, tot i que es pot ampliar el termini de vida útil en períodes successius de 5 anys si el gestor de l'aigua demostra que els comptadors segueixen complint els requisits exigibles, mitjançant un organisme autoritzat de verificació metrològica.

L'apartat 4.2 de l'annexe III de l'ICT/155/2020 estableix que a efectes de la reposició de comptadors, s'estableix un termini de 7 anys des de l'entrada en vigor de l'ICT/155/2020, el 24 d'octubre de 2020, per a la substitució de comptadors que hagin superat la seva vida útil o la vagin a superar en aquests 7 anys.

Consideracions preliminars a la campanya

Les entitats objectiu de la campanya són aquelles inscrites al registre d'entitats gestores dels abastaments d'aigua de consum humà a les Illes Balears de la Direcció General de Salut Pública del Govern de les Illes Balears (https://www.caib.es/sites/salutambiental/ca/registre_dentitats_gestores-80085/).

S'ha contactat amb un total de 96 entitats gestores, excloent a les que gestionen instal·lacions dessaladores d'aigua de mar i les xarxes d'abastiment en alta, ateses determinades particularitats en la seva activitat en el subministrament d'aigua (equips de mesura per a cabdals elevats o no realitzar subministraments directes als consumidors finals d'aigua).

Des de la Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials es va enviar un requeriment a cada una de les entitats gestores comunicant l'ampliació del termini de substitució de comptadors d'aigua, així com quatre sol·licituds d'informació relativa a la gestió del seu parc de comptadors:


1. Quantitat total de comptadors d'aigua neta de la seva propietat.
2. Quantitat total de comptadors d'aigua neta de la seva propietat que han exhaurit o exhauriran el seu període de vida útil (establert en dotze anys) abans del 24 d'octubre de 2027.
3. Disposició d'una planificació de substitució dels comptadors que hagin exhaurit el seu període de vida útil o el vagin a exhaurir abans del 24 d'octubre de 2027.
4. Disposició d'un pla de comunicació dirigit als seus clients referent a la substitució dels comptadors per exhauriment de la seva vida útil.

Resultats de la campanya

Una vegada realitzades les consultes a les 96 entitats gestores s'han obtingut les següents dades:



1. Quantitat de comptadors d'aigua a les Illes Balears

Illa	Comptadors d'aigua	Proporció del total
Mallorca	318.445	71,24%
Menorca	61.251	13,70%
Eivissa	64.481	14,42%
Formentera	2.853	0,64%
Illes Balears	447.030	100%





2. Quantitat de comptadors que hauran exhaurit la seva vida útil de 12 anys el 24 d'octubre de 2027

Illa	Comptadors d'aigua	Proporció del total
Mallorca	51.333	16,12%
Menorca	24.287	39,65%
Eivissa	11.988	18,59%
Formentera	63	2,21%
Illes Balears	87.671	19,61%





3. Entitats gestores que, a data de la comunicació, disposen de un pla de substitució de comptadors que hauran exhaurit la seva vida útil a data 24 d'octubre de 2027

Illa	Amb pla de substitució	Sense pla de substitució
Mallorca	52	14
Menorca	16	2
Eivissa	11	4
Formentera	1	0
Illes Balears	76	20



4. Entitats gestores que, a data de la comunicació, disposen d'un servei de comunicacions dirigit als seus clients referent a la substitució del comptadors per exhauriment de la seva vida útil

Illa	Amb pla de comunicació	Sense pla de comunicació
Mallorca	21	45
Menorca	10	8
Eivissa	11	4
Formentera	0	1
Illes Balears	34	62



Conclusions

1. El parc de comptadors d'aigua potable a les Illes Balears està format per un total de 447.030 unitats instal·lades, de les quals 87.671 (19,61%) exhauriran o hauran exhaurit la vida útil de 12 anys en octubre de 2027.
2. El parc de comptadors d'aigua potable a la illa de Mallorca està format per un total de 318.445 unitats instal·lades, dels quals 51.333 (16,12%) exhauriran o hauran exhaurit la vida útil de 12 anys en octubre de 2027.
3. El parc de comptadors d'aigua potable a la illa de Menorca està format per un total de 61.251 unitats instal·lades, dels quals 24.287 (39,65%) exhauriran o hauran exhaurit la vida útil de 12 anys en octubre de 2027.
4. El parc de comptadors d'aigua potable a la illa d'Eivissa està format per un total de 64.481 unitats instal·lades, dels quals 11.988 (18,59%) exhauriran o hauran exhaurit la vida útil de 12 anys en octubre de 2027.
5. El parc de comptadors d'aigua potable a la illa de Formentera està format per un total de 2.853 unitats instal·lades, dels quals 63 (2,21%) exhauriran o hauran exhaurit la vida útil de 12 anys en octubre de 2027.
6. 76 de les 96 entitats gestores consultades han manifestat que disposen d'un pla de substitució de comptadors que vagin a exhaurir la seva vida útil reglamentària de 12 anys.
7. 34 de les 96 entitats gestores consultades han manifestat que disposen d'un pla de comunicació als seus clients referent a la substitució dels comptadors d'aigua per exhauriment de la seva vida útil.
8. Una vegada finalitzada aquesta campanya es donen per informades a les empreses subministradores d'aigua de consum humà de les Illes Balears en referència a l'ampliació del termini de substitució de comptadors d'aigua que hagin exhaurit, o exhauriran, la seva vida útil de 12 anys, fins el 24 d'octubre de 2027.